

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง

(Terms of Reference : TOR)

ชื่อรายการจัดซื้อ

ชุดเครื่องปั่นย่อยมดลูกทางหน้าท้องสำหรับการผ่าตัดส่องกล้อง (Morcellator)

รายละเอียดคุณลักษณะ

ชุดเครื่องปั่นย่อยมดลูกทางหน้าท้องสำหรับการผ่าตัดส่องกล้อง ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------|
| 1. ชุดเครื่องควบคุมมอเตอร์ พร้อมแป้นเท้าเหยียบ | จำนวน 1 ชุด |
| 1.1 ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน 100/115/230 โวลต์ที่ความถี่ 50-60 เฮิร์ตซ์ | |
| 1.2 กำลังไฟฟ้าขณะใช้งานเครื่อง (Power consumption) 60VA | |
| 1.3 ความยาวสายมอเตอร์ (Motor cable length) 2.9 เมตร | |
| 1.4 ควบคุมความเร็วรอบการหมุน (Speed range) 50-1,000 รอบต่อนาที | |
| 1.5 ขนาดเครื่องควบคุม (กว้างxลึกxสูง) 120x180x110 มิลลิเมตร | |
| 1.6 น้ำหนักเครื่องควบคุม 1.8 กิโลกรัม เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย | |
| 1.7 การทำงานสามารถควบคุมได้ผ่านแป้นเท้าเหยียบ | |
| 1.8 แป้นเท้าเหยียบได้รับการรับรองมาตรฐาน IP code ที่ระดับ IPX8 | |
| 2. ชุดเฟืองทดรอบ พร้อมฝาปิดครอบท้าย | จำนวน 1 ชิ้น |
| 2.1 ชุดเฟืองทดรอบเป็นแบบชนิดด้ามปืน สามารถเปิด-ปิดใบมีดได้ | |
| 2.2 ฝาปิดครอบท้าย มาพร้อมยางกันลมรั่ว | |
| 3. ด้ามจับเพิ่มความกระชับและป้องกันความร้อนจากมอเตอร์ไฟฟ้า | จำนวน 1 ชิ้น |
| 4. ใบมีดตัดเนื้อเยื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12.5 มิลลิเมตร | จำนวน 2 ชิ้น |
| 5. ปลอกนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12.5 มิลลิเมตร | จำนวน 1 ชิ้น |
| 6. ตัวนำสำหรับใส่แกนกลางของปลอกนอกไม่เกิน 12.5 มิลลิเมตร | จำนวน 1 ชิ้น |
| 7. ใบมีดตัดเนื้อเยื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร | จำนวน 3 ชิ้น |
| 8. ปลอกนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร | จำนวน 1 ชิ้น |
| 9. ตัวนำสำหรับใส่แกนกลางของปลอกนอกขนาด 15 มิลลิเมตร | จำนวน 1 ชิ้น |
| 10. ฝาปิดกันลมรั่วแบบมีรูตรงกลาง (แพ็คละ 10 ชิ้น) | จำนวน 3 แพ็ค |
| 11. ฝาปิดกันลมรั่วแบบทรงเฉียงรูปหลังคา (แพ็คละ 10 ชิ้น) | จำนวน 2 แพ็ค |
| 12. กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับทำปราศจากเชื้อพร้อมฝาปิดและตะกร้า | จำนวน 1 ชิ้น |
| 13. แผ่นยางซิลิโคนสำหรับวางเครื่องมือ | จำนวน 1 ชิ้น |

(นายพชรต ทวีราชูร์)
ประธานกรรมการ

(นางวรัญญา โสมจันทร์)
กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ยอดสุรางค์)
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)

- | | |
|--|--------------|
| 14. ปากคีบชิ้นเนื้อแบบ SAWALHE Tenaculum Forceps ขนาด 12 มิลลิเมตร | จำนวน 1 ชิ้น |
| 15. ปากคีบชิ้นเนื้อแบบ SAWALHE Tenaculum Forceps ขนาด 15 มิลลิเมตร | จำนวน 1 ชิ้น |
| 16. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับดูแลบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าและชุดเฟือง | จำนวน 3 ชิ้น |
| 17. รถเข็นดมยา 2 ชั้น แบบมีตะกร้าด้านล่าง | จำนวน 1 ชิ้น |

เงื่อนไขเฉพาะการเสนอราคา

1. สินค้ารับประกันคุณภาพ 2 ปี (เงื่อนไขการรับประกันคุณสินค้าตามเอกสารแนบท้าย)
2. รายการสินค้าข้อที่ 1.-1.3 ผลิตภัณฑ์ NOUVAG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3. รายการข้อที่ 1.4 – 1.7 เป็นผลิตภัณฑ์จัดหาภายในประเทศ
4. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
5. เครื่องมือในเขตนำมาแบ่งออกเป็น 2 ชุด
6. เข้าทำ PM เครื่องทุก ๆ 4 เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดแล้วเสร็จ/ส่งมอบงาน ภายใน 120 วัน นับจากรับใบสั่งซื้อ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 860,000.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 120 วัน ทำการ หลังได้รับใบสั่งซื้อ

อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ร้อยละ 0.2 (งานซื้อ 0.2 , งานจ้าง 0.1)

การกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี


(นายพชรดล ทวีราชูรณ์)
ประธานกรรมการ


(นางวรัญญา โสมจันทร์)
กรรมการ


(นางสาวจุฑามาศ ยอดสุรางค์)
กรรมการ